

# 阿克苏地区妇幼保健院高质量发展 医疗设备一批（二）采购项目

## 竞争性谈判文件

项目编号：分 2024-01-336

采 购 人：阿克苏地区妇幼保健院

采购代理机构：新疆华玫睿项目管理有限公司

二〇二四年十一月

# 竞争性谈判文件

项目名称:阿克苏地区妇幼保健院高质量发展医疗设备一批(二)采购项目

采购人(公章):阿克苏地区妇幼保健院



法定代表人(签字或盖章):

联系人:王宁

电话:0997-2530276

采购代理机构(公章):新疆华玖睿项目管理有限公司

法定代表人或授权委托人(签字或盖章):

联系人:张恩慈

电话:13579399515

联系地址:阿克苏市交通路28号南城新天地14-122(二楼)

2024年11月

## 目 录

第一章 竞争性谈判公告 .....	1
第二章 供应商须知 .....	5
第三章 采购需求、技术参数规格 .....	24
第四章 评标办法（最低评标价法） .....	37
第五章 响应文件格式 .....	40
第六章 政府采购合同（草案） .....	57

# 第一章 竞争性谈判公告

## 项目概况

阿克苏地区妇幼保健院高质量发展医疗设备一批（二）采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于 2024 年 11 月 7 日 16 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：分 2024-01-336

项目名称：阿克苏地区妇幼保健院高质量发展医疗设备一批（二）采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：844000.00 元

最高限价：844000.00 元

采购需求：一批高质量发展医疗设备采购，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：合同签订之日起 30 日内完成供货、安装、调试。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（财库〔2014〕68 号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

(4) 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

(5) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)，投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

### 3. 本项目的特定资格要求：

投标产品属于医疗器械的。若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》；所投产品需提供有效的医疗器械注册证。

## 三、获取采购文件

时间：2024年11月4日至2024年11月6日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：0元/份

#### 四、响应文件提交

截止时间：2024年11月7日16点30分（北京时间）

地 点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn>

#### 五、响应文件开启

时间：2024年11月7日16点30分（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心开标室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 本公告在新疆政府采购网发布。
2. 请各供应商随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。
3. 本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。
4. 各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
5. 供应商可前往新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
6. 本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA锁在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”

—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

7. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：阿克苏地区妇幼保健院

地 址：阿克苏市晶水路 39 号

联系方式：0997-2530276

### 2. 采购代理机构信息

名 称：新疆华玖睿项目管理有限公司

地 址：阿克苏市交通路 28 号南城新天地 14-122（二楼）

联系方式：13579399515

### 3. 项目联系方式

项目联系人：张恩慈

电 话：13579399515

## 第二章 供应商须知

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	名 称：阿克苏地区妇幼保健院 联系人：王宁 电话：0997-2530276
2	采购代理机构	名 称：新疆华致睿项目管理有限公司 联系人：张恩慈 联系方式：13579399515
3	项目名称	阿克苏地区妇幼保健院高质量发展医疗设备一批 (二) 采购项目
4	项目编号	分 2024-01-336
5	项目地点	阿克苏地区妇幼保健院
6	资金落实情况	已落实
7	合同履行期限	合同签订之日起 30 日内完成供货、安装、调试。
8	供应商资质要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>(1) 具有有效的三证合一的营业执照；</p> <p>(2) 具有 2023 年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的提供注册时间至文件递交截止日前供应商内部财务报表（至少包含资产负债表）；</p> <p>(3) 具有近三个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人或委托人的社保明细）；</p> <p>(4) 法定代表人参加本项目时需提供法定代表人身份证明，授权委托人参加本项目时需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书；</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，需按要求提供《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利 性单位视同小型、微型企业），中小企业行业划分为工业。</p>

		<p>(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；</p> <p>(2) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；</p> <p>(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；</p> <p>(4) 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。</p> <p>(5) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>    投标产品属于医疗器械的。若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》；所投产品需提供有效的医疗器械注册证。</p> <p>4. 本项目不接受联合体参加。</p>
9	最高限价 (实质性要求)	<p><b>最高限价：844000.00 元</b></p> <p><b>注：</b>如谈判供应商的最终报价超出该采购最高限价，其响应文件将被拒绝。</p>
10	采购方式	竞争性谈判
11	响应文件有效期	90 天

12	响应文件格式要求、递交方式、时间及地点	<p>1. 响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>2. 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告要求“电子响应文件制作与投送教程”）</p> <p>3. （1）本项目为不见面谈判。 （2）份数：本项目采用电子招投标，开标现场无需提供纸质版响应文件，成交供应商在中标公示期满后提交一份纸质版响应文件给代理机构存档。 特别提示：成交供应商提交的纸质版《响应文件》文字内容与开标时电子投标书应完全一致。 （3）政采云投标文件递交截止时间：2024 年 11 月 7 日 16 点 30 分（北京时间） （4）递交地点：政采云网上不见面开标系统 （5）响应文件开启时间：2024 年 11 月 7 日 16 点 30 分（北京时间） （6）开启地点：阿克苏药品集散中心开标室</p>
13	是否接受联合体	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：
14	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开
15	履约保证金	无
16	谈判保证金	本项目无须缴纳谈判保证金
17	是否退还响应文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
18	评标办法	最低评标价法
19	谈判小组的组建	<p>谈判小组构成 <u>3</u> 人，采购人代表 <u>1</u> 人，评审专家 <u>2</u> 人应当具备评标专家相应的或者类似的条件；</p> <input type="checkbox"/> 分 组：技术组 人，经济组 人。 <input checked="" type="checkbox"/> 不分组

		评标专家确定方式：专家库随机抽取
20	是否授权谈判小组确定成交人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的成交候选人数：3 人
21	成交结果公告	成交结果公告在新疆政府采购网发布，公告期不少于1个工作日。
22	相关费用	代理服务费：成交供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）向采购代理机构缴纳成交服务费。
23	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>注：供应商提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖供应商（法定名称）印章，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。</p> <p><b>供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。</b></p>
24	注意事项	<p>1. 电子投标文件使用“新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端”制作完成，生成电子加密标书（.jmbs）上传至政采云平台。</p> <p>2. 备份标书：供应商根据自身情况自愿制作备份标书（.bfbs），备份标书在开标时，因开标系统原因解密不成功时方可上传备份标书。其他因供应商制作标书失误问题，数字证书（CA锁）问题导致不能现场解密</p>

	<p>的情况不允许上传备份文件。</p> <p>3. 供应商制作电子投标书加密文件应与开标现场解密时的数字证书（CA25 锁）同为一把，若因数字证书（CA 锁）不是同一把锁导致现场解密失败的，供应商自行承担后果。</p> <p>4. 数字证书办理：供应商须自行办理政采云数字证书（CA 锁）联系方式：政采云热线 400-881-7190 或阿克苏市（卢俊达 0997-2151777）</p> <p>5. 供应商应认真学习关于开展自治区政府采购“不见面开标系统”网络培训的通知，制作电子投标书。</p>
--	---

## 一、说明

### 1. 适用范围及资金来源

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次项目名称：阿克苏地区妇幼保健院高质量发展医疗设备一批（二）采购项目谈判所叙述的货物采购。

1.2 资金来源：详见供应商须知附表。

### 2. 定义

2.1 采购人：阿克苏地区妇幼保健院。

2.2 供应商：指购买了竞争性谈判采购文件拟参加谈判和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.3 谈判小组：谈判小组是依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。

2.4 日期：指公历日。

2.5 时间：指北京时间。

2.6 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.7 竞争性谈判文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

### 3. 供应商的资格条件

3.1 详见详见供应商须知附表。

### 4. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

4.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

4.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

4.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管

理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

4.4 提供相同品牌产品处理：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

#### **核心产品：儿童智能营养综合监测系统**

4.5 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

4.6 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

4.7 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

4.8 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

#### 4.9 验收。

4.9.1 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

4.9.2 在验收时，供应商应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

4.9.3 由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 5. 投标费用

5.1 采购代理机构、采购人不负责供应商准备响应文件和提交响应文件所发生的任何成本或费用。

5.2 招标代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收取。

### 6. 联合体投标（适用于联合体投标项目）

6.1 联合体投标的供应商应当满足下列条件：

6.1.1 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同响应文件一并提交。

6.1.2 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者

与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.1.3 以联合体进行投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交的谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

6.1.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.1.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### **特别说明：**

★1. 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2. 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处、中标后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定执行，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

★3. 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，响应文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## **二、竞争性谈判文件**

### **7. 竞争性谈判文件的组成**

7.1 竞争性谈判文件包括：

7.1.1 竞争性谈判公告；

7.1.2 供应商须知；

7.1.3 采购需求、技术参数规格；

7.1.4 评标办法（最低评标价法）；

7.1.5 响应文件格式；

7.1.6 政府采购合同（草案）。

7.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒

绝，或被认定为无效投标。

## 8. 竞争性谈判文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改的。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 3 日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商；不足 3 日的，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。并在采购部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间 3 日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在自筹部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3 竞争性谈判文件的澄清或者修改内容作为竞争性谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

## 三、响应文件的编制

### 9. 响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2 除非竞争性谈判文件在技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购代理机构和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 10. 响应文件的组成

10.1 供应商编写的响应文件应按照竞争性谈判文件内响应文件格式的要求编制响应文件。

**响应文件格式：详见第五章 响应文件格式。**

10.2 响应文件的构成应符合法律、法规及竞争性谈判文件的要求。

### 11. 响应文件格式（实质性要求）

供应商提交的响应文件应当按照竞争性谈判文件的响应文件格式（表格可以按同样格式扩展）进行编制。

## **12. 响应文件的编制、签章（实质性要求）**

12.1 供应商可前往新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。

12.2 按照第五章格式要求加盖供应商（法定名称）电子印章确认，不得使用供应商专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

12.3 本谈判文件若有修改，供应商根据修改后的谈判文件编制或修改并上传响应文件。

12.4 如供应商对竞争性谈判文件多个包组进行投标的，其响应文件可按每个包组的要求编制和提交。

12.5 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章才有效。

12.6 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

12.7 传真或电传的响应文件将拒绝接收。

## **13. 投标报价说明（实质性要求）**

13.1 本次招标，供应商必须就所有内容进行投标报价，少报无效。

13.2 投标报价应包含完成本次招标所有内容的费用，包含各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含竞争性谈判文件所要求的必要的辅助材料费用）和售后服务费等。

13.3 投标报价应包括所提供货物或服务所需的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

13.4 供应商的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5 成交后开出的所有发票必须与成交供应商的名称一致。

13.6 供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否

则，在评审时将其视为无效投标。

13.7 采购项目需要落实的政府采购政策：本项目专门面向中小企业，需按要求提供《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），中小企业行业划分为工业。

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

13.7.1 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知—财库[2020]46号

13.7.2 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库[2014]68号

13.7.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发[2007]51号

13.7.4 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

13.8 对满足中小微企业执行财库【2020】46号文件的规定，且在响应文件中提交了《中小企业声明函》对其价格给予10%-20%的比例扣除（本项目不做扣除），其评标价为按规定比例扣除后的价格。

13.9 对满足《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定，且在响应文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，对其价格给予10%-20%的比例扣除（本项目不做扣除），其评标价为按规定比例扣除后的价格。

13.10 对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn>）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、国家环保总局和财政部联合最新发布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

13.11 对满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141

号)规定的,且在响应文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》,对其价格给予10%-20%的比例扣除(本项目不做扣除),其评标价为按规定比例扣除后的价格。

#### **14. 投标货币**

供应商所提供的货物或服务均以人民币报价。

#### **15. 响应文件有效期(实质性要求)**

15.1 响应文件应根据供应商须知的规定在投标截止日后的90天内保持有效。

15.2 特殊情况下,在原有响应文件有效期截止之前,采购代理机构可要求供应商同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构的这种要求,其谈判保证金将可退还。接受响应文件有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件,而只会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下,根据供应商须知谈判保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

#### **16. 谈判保证金**

16.1 供应商应按照竞争性谈判文件规定的金额和办法提交谈判保证金,谈判保证金作为投标的一部分。(本项目无须缴纳谈判保证金)

16.2 谈判保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失,采购代理机构、采购人在因为供应商的行为受到损害时其谈判保证金可不予退还。

16.3 采购人与成交人签订合同后5个工作日内,向未成交的供应商和成交人退还谈判保证金及银行同期存款利息。

16.4 有下列情形之一的,谈判保证金将不予退还:

16.4.1 供应商在竞争性谈判文件规定的响应文件有效期内撤回其投标的。

16.4.2 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的。

16.4.3 将成交项目转让给他人,或者在响应文件未说明,且未经采购人同意,将成交项目分包给他人的。

### **四、响应文件的提交**

## 17. 响应文件的标记和密封（实质性要求）

17.1 电子投标文件使用“新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统—供应商客户端”制作完成，生成电子加密标书（.jmbz）上传至政采云平台。

17.2. 备份标书：投标人根据自身情况自愿制作备份标书（.bfbs），备份标书在开标时，因开标系统原因解密不成功时方可上传备份标书。其他因投标人制作标书失误问题，数字证书（CA锁）问题导致不能现场解密的情况不允许上传备份文件。

17.3. 供应商制作电子投标书加密文件应与谈判现场解密时的数字证书（CA锁）同为一把，若因数字证书（CA锁）不是同一把锁导致现场解密失败的，供应商自行承担后果。

17.4 供应商制作的电子投标文件应每页加盖单位公章。

## 18. 响应文件递交截止时间

18.1 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告要求“电子响应文件制作与投送教程”）

18.2 供应商应充分考虑递交响应文件的不可预见因素，在响应文件截止时间后将无法递交。

## 19. 迟交的响应文件

供应商在响应文件递交截止时间之后提交的响应文件，将被拒绝接收。

## 20. 响应文件的补充、修改与撤回

20.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知采购代理机构。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做出任何的补充和修改。

20.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按竞争性谈判文件要求的签署、盖章，作为响应文件的组成部分。并按照竞争性谈判文件规定密封和标记的要求提交，并在响应文件密封袋上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3 在提交响应文件截止时间至响应文件有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件，否则其谈判保证金将不予退还。

## 五、开标与评标及定标

### 21. 开标

21.1 采购代理机构按照竞争性谈判文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有供应商代表参加。

21.2 本项目采用“政采云不见面”开标，投标人须在投标截止时间前登录政采云平台 <http://www.zcygov.cn/> 进行签到。

21.3 主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律；

21.4 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等工作人员姓名；

21.5 解密：法定代表人或授权委托人须全程在线准时参加开标活动进行文件解密、异议、质疑及澄清等。

21.6 参与“政采云不见面”开标的各供应商，请在互联网网络环境较好的电脑端登录政采云不见面开标大厅参与开标；不要在电脑进行下载、安装等工作，认真耐心等待指令并及时操作，并保持手机畅通；因投标人网络环境或硬件配备不达标等原因，影响开标的，造成的后果由投标人自行承担。

21.7 开标结束。

招标代理机构应当对上述开标过程做好记录，存档备查。

## **22. 谈判小组与评标方法**

22.1 谈判小组。

22.1.1 本次招标依法组建谈判小组。

22.1.2 谈判小组将按照竞争性谈判文件确定的评标方法进行评审。对竞争性谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各供应商。

22.1.3 评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

22.1.3.1 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

22.1.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

22.1.3.3 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22.1.3.4 就该采购项目竞争性谈判文件征询过意见的。

22.2 评标原则和评标方法

22.2.1 评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、法规的规定,遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。谈判小组将按照规定只对通过初步评审的响应文件进行评审和比较。

22.2.2 评标方法:本次招标的评标方法采用最低评标价法。

22.2.3 评标步骤:先进行初步评审,再进行商务报价谈判。

## 23. 响应文件的评审

23.1 响应文件初步评审。

23.1.1 **资格性检查:**谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定,对响应文件中的营业执照、信誉等进行审查,以确定供应商是否具备投标资格。

23.1.2 **符合性检查:**谈判小组依据评标办法、竞争性谈判文件规定,对响应文件中的供应商名称、响应文件格式的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查,以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

23.2 响应文件的澄清。

23.2.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当书面形式,由其授权的代表签字,并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。根据供应商须知第23.2.2条规定,凡属于谈判小组在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

23.2.2 响应文件计算错误的修正

23.2.2.1 谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行校核,看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

23.2.2.2 响应文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;对不同文字文本响应文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

23.2.2.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价,供应商同意后,调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价,则其投标将被拒绝并且其谈判保证金也将不予退还,并不影响评标工

作。

## 六、合同授予

### 24. 合同授予标准

根据谈判小组的评审结果,采购人按照评审报告推荐的成交候选人中按顺序依法确定成交供应商。

### 25. 采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在确定成交供应商之前,有权依据谈判小组的评审报告拒绝不合格的投标。

### 26. 发布成交结果

26.1 采购人在指定媒介发布成交结果公告,公告期为1个工作日。

26.2 成交通知书是合同的一个组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商均具有同等法律效力;成交通知书发出后,采购人改变成交结果,或者成交供应商放弃成交,应当承担相应的法律责任。

## 七、合同签订和履行

### 27. 合同的签订

27.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起30日内,按照竞争性谈判文件和成交供应商的响应文件承诺签订合同,但不得超出竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应当自合同签订之日起7个工作日内,应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和采购代理机构备案。

27.3 成交供应商不能把成交项目分包给其他单位实施。

### 28. 履约保证金

28.1 成交供应商向采购人提交履约保证金,履约保证金可以采用银行转账形式缴交。

28.2 若成交供应商不按规定提交履约保证金,采购人将有充分的理由解除合同,其谈判保证金不予退还,给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿。

## 八、询问、质疑、投诉

## 29. 询问

供应商对政府采购活动事项（竞争性谈判文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

## 30. 质疑

30.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

30.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## 31. 投诉

31.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

31.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代理机构(以下简称被投诉人)和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容:

(一)投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;

(二)质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;

(三)具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;

(四)事实依据;

(五)法律依据;

(六)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

## 九、其他

### 32. 适用法律

采购代理机构、采购人及供应商进行的本次政府采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等及其配套的法规、规章、政策。

### 33. 竞争性谈判文件解释权

本竞争性谈判文件解释权属采购人或采购代理机构。

### 第三章 采购需求、技术参数规格

#### 一、项目概述：

应阿克苏地区妇幼保健院的需要，需进行一批高质量发展医疗设备采购。

#### 二、采购清单及要求

序号	设备名称	数量	采购要求
1	儿童智能营养综合监测系统	1 台	含营养评估电脑工作站 1 套、图文报告打印机 1 台、评估模具、展示柜、标识牌及配套评估采集数据所需设备设施。免费质保期 $\geq$ 5 年
2	空气压力治疗仪	2 台	1 台适用产科孕妇、不少于 8 腔，1 台适用术后复苏室患者、不少于 4 腔。免费质保期 $\geq$ 5 年
3	产病床	1 台	超低位产床，免费质保期 $\geq$ 5 年
4	转运平车	1 台	适用产妇转运，免费质保期 $\geq$ 5 年
5	儿童立式体重称 (带身高测量)	2 台	免费质保期 $\geq$ 5 年
6	儿童卧式体重秤 (带身长测量)	2 台	免费质保期 $\geq$ 5 年
7	无影灯	2 台	免费质保期 $\geq$ 5 年
8	妇检床	2 台	免费质保期 $\geq$ 5 年
9	体位支撑架和体位垫	1 套	免费质保期 $\geq$ 5 年
10	生物监测快速阅读器 (高温灭菌及低温灭菌二合一)	1 台	免费质保期 $\geq$ 5 年
11	输血输液加温仪	1 台	免费质保期 $\geq$ 5 年
12	病员加温系统	1 台	免费质保期 $\geq$ 5 年

### 三、具体技术参数要求

#### 1、儿童智能营养综合监测系统

1、产品组成：儿童三维建模检测数据采集+儿童营养综合管理系统+婴幼儿三维建模卧式数据采集+婴幼儿营养综合监测系统+膳食营养工作站（儿童人体体征参数管理系统）；

2、产品性能特点

2.1 儿童三维建模检测数据采集：

★2.1.1 三维建模检测数据采集内容（提供相应证明文件）：

儿童三维建模数据检测采集（身高、体重、体脂含量、体脂重、去脂体重、总体水、细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、肌肉重、基础代谢）、儿童体格发育评估、儿童喂养行为评估、儿童营养状况评估、儿童膳食营养指导。

★2.1.2 三维建模检测数据采集方式（提供相应证明文件）：

采用三维动作捕捉分析系统（非电阻抗技术），运用三维人体扫描模块和摄像头准确采集人体图像全自动检测，智能定位，精确采集儿童数据，配有高端红外感应测试探头，检测数据准确性高、稳定性强（需提供相应的证明文件）。

检测时间：一键快速检测，30s 出检测结果。

★2.2（0-3岁）婴幼儿三维建模卧式数据采集（提供相应证明文件）：

采用卧式的三维动作捕捉分析系统（非电阻抗技术），运用三维人体扫描模块和摄像头准确采集人体图像全自动检测，智能定位，精确采集0-3岁婴幼儿数据（身高、体重、体脂含量、体脂重、去脂体重、总体水、蛋白质、无机盐、肌肉重、基础代谢），配有高端红外感应测试探头，检测数据准确性高、稳定性强（需提供相应的证明文件）

音乐放松模式：精选多首0-3岁宝宝喜爱的儿歌，高保真音箱播放，声音纯净，孩子更爱听，可有效吸引宝宝注意力，此功能在婴幼儿三维建模卧式数据采集上实现非电脑工作站。

一键快速检测，30s 出检测结果

2.3 膳食营养工作站（儿童人体体征参数管理系统）

（1）营养状况评估：可出具能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质的摄入量分析，以及膳食结构分析、餐次能量分析，也可出具食物摄入

种类及食物摄入频率的分析；

(2) 膳食调查方法：24 小时膳食回顾法、标准食谱调查法、标准快捷医嘱膳调法、快速图像调查法、食物频率法 FFQ 五种膳调方法（需提供相应的证明文件）

(3) 地区化食材库：可配置不同省份的食材库，根据不同省份的饮食习惯，优先查询和显示符合本地饮食习惯的食材；

(4) 膳食推荐模式：包括智能 AI 营养模式、标准膳食模式、自定义膳食三种方式；

(5) 食谱开发模式：依据当地饮食结构，自定义食谱，形成区域化定制食谱；

(6) 食谱科学化：依据膳食能量需求，将膳食指导食谱进行科学换算，便于患者回家即可执行膳食方案；

(7) 手机 APP 便捷膳食录入系统：将档案、膳食摄入情况等信息利用院内局域网同步到医院端，完成基本营养筛查，解决临床饮食情况的录入，方便医生操作，提高工作效率。

### 3、儿童营养综合监测系统功能：

3.1 档案管理：建档信息包含姓名、性别、身高、体重、出生日期等，可进行档案的新增和修改。多功能刷卡系统，可刷身份证、医院 ID 卡等，并可对磁卡进行设置，实现磁卡计时、计次、计时计次等分类管理。

3.2 数据分析：系统依据不同年龄、常见病症、医生自定义分类，智能 AI 全自动出具基于营养、运动、心理、睡眠、饮水的全方位膳食营养改善方案。

3.3 数据查询：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出等管理；可通过多种方式检索病案管理监测数据；历次接诊信息、历次检查项目及检测结果。

3.4 数据存储：海量存储，可实时查询、编辑及导出数据备份保存。

★3.5 婴幼儿+儿童营养数据系统管理工作站可出具 0-3 岁婴幼儿+儿童不少于 12 份报告单：0-3 岁婴幼儿数据采集体成分报告单、0-3 岁婴幼儿膳食摄入分析报告单、0-3 岁婴幼儿食物交换份报告单、0-3 岁婴幼儿推荐食谱报告单、0-3 岁婴幼儿体格发育评估报告单、0-3 岁婴幼儿喂养行为报告单、儿童体成分报告单、儿童膳食摄入分析报告单、儿童食物交换份报告单、儿童推荐食谱报告单、儿童体格发育评估报告单、儿童喂养行为报告单（需提供相应的证明文件）

★3.6 拓展功能：实现与中国妇幼保健协会智能营养健康管理平台互通并数据上传，实现儿童临床营养数据研究中心的项目采集功能（提供相应证明文件）

4、三维建模检测数据采集：技术指标

4.1 测试身高范围：≤2m

4.2 测试体重范围：≤200kg

4.3 重复性误差：≤1%

5、三维建模检测数据采集：边界识别功能技术指标

5.1 感光器：(800i 方案)

5.2 像素：PAL:960HX582V

5.3 信号制式：PAL

5.4 低照度：0lux (红外灯开启/IRON)

5.5 信噪比：≥48dB

6、三维建模检测数据采集：称重传感器技术指标

6.1 量程：100/200/250/300/400/500kg

6.2 输出灵敏度：2.0±0.2MV/V

6.3 精度等级：C3

★7、配置清单要求：

★7.1 0-3 岁婴幼儿卧式三维动态捕捉数据采集分析系统

★7.2 4-18 岁儿童体成分数据采集分析系统

★7.3 婴幼儿营养综合监测系统

★7.4 儿童营养综合监测分析系统

★7.5 提供 2 名医疗人员从事营养监测及评估的资格培训

★7.6 需提供疆内三甲医院装机用户评价反馈≥1 家（提供相应证明文件）

★7.7 营养监测系统配置食物模型+模型展柜

★7.8 营养监测系统配置工作台面或放置设备的桌子

★7.9 营养监测系统配置宣传展面、宣传图册、上墙宣传牌

★7.10 营养监测系统配置工作桌椅、工作电脑（1 套主流品牌整机，含操作系统）+打印机

## 2.1、-1 空气压力治疗仪（1 台参数）

- 1、适用范围：通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状。
- 2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。
- ★3、结构形式：台式、手提二合一结构，配置带轮子的仪器推车。
- ★4、显示方式：真彩液晶界面显示方式。
- ★5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。
- ★6、工作腔数： $\geq 8$ 腔，叠加气囊设计；主机可同时支持 2 个 8 腔套筒工作。配置 4 个下肢气囊。
- 7、工作压力：0~200mmHg 分 41 档，步距增量 1（5mmHg），各腔室压力分别独立可调。
- 8、保压时间：0~15s 可调，步距增量 1s。
- 9、间停时间：0~99s 可调，步距增量 1s。
- 10、工作模式：共有 8 种预先设定的工作模式。
- 11、治疗方案： $\geq 4$  种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。
- 12、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。
- 13、套筒可承受压力：300mmHg，且承受时间不少于 1 分钟。
- 14、设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。

## 2.2、-2 空气压力治疗仪（1 台参数）

- 1、适用范围：适用于术后患者，预防静脉血栓形成。
- 2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。
- ★3、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构，配置带轮子的仪器推车。

- 4、显示方式：真彩液晶界面显示方式。
- ★5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。
- ★6、工作腔数：不少于4腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套；主机可同时支持2个足底套筒和2个小腿套筒工作，导气管（连接气管）具备防错插装置。配置2个小腿套筒、2个足腿组合套筒、2个上肢套筒。
- 7、工作压力：0~200mmHg分41档，步距增量1（5mmHg），各腔室压力分别独立可调。
- 8、保压时间：0~15s可调，步距增量1s。
- 9、间停时间：0~99s可调，步距增量1s。
- 10、工作模式：共有6种预先设定的工作模式。
- 11、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。
- 12、套筒可承受压力：300mmHg，且承受时间不少于1分钟。
- 13、设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。
- 14、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》
- ★15、具有知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

### 3、产病床

- 1、低初始位产病床，使产妇更加安全有效地上下床。
- 2、产病床电机安全电压为DC24V，无需稳压器。
- 3、背板、臀板、床面高低升降、前后倾、脚板等部位调节方式为电机电动操作系统完成。
- 4、背板和臀板采用连动结构，操作背板角度的同时，臀板也同时达到一个合理的角度，使得产妇更加舒适。
- 5、底盘下采用大尺寸脚轮，增加床体的制动稳定性，也使得床体移动和产妇

转移更加方便。

6、有头低脚高位，便于孕妇大出血时的急救。

7、脚板部位可以独立电动升降便于医护人员更多的使用选择。

8、隐藏式辅助台，便于从产床转化为病床，方便医护人员操作。

9、通过 ISO9001 及 13485 质量体系认证。

10. 床面尺寸约：长度 $\geq$ 1800mm、宽度 $\geq$ 800mm

★11. 床面高度：最低 $\leq$ 610mm 最高 $\geq$ 880mm

12. 背板上折角度： $\geq$ 56°

13. 拉手折转角度： $\geq$ 80°

14. 前后倾角度：后倾 $\geq$ 8°

15. 脚板升降距离： $\geq$ 90mm

16. 脚板外摆角度： $\geq$ 90°

三、配置至少包含

★1. 电动产病床 1 台

★2. 搁腿架 1 付

★3. 污物盆 1 件

★4. 输液架 3 件

★5. 手持控制器 1 件

★6. 便携手术灯 1 个

★7. 床面皮革胶垫 2 张

★8. 转移车 2 台

★9. 餐边桌 2 张

★10. 洗澡盆 1 个

★11. 器械台 2 个

★12、医生座椅 2 把

★13、分娩球 2 个

#### 4、转运平车

1、整车规格：2145（±10mm）×770（±10mm）×580-910mm（±10mm）；床面尺寸：1860×610mm（±10mm）；

2、护栏距离床面高度：295 mm（±10mm）；

3、背板角度：85° ±2°，腿板角度：45° ±2°，整床升降：580-910mm（±10mm），整床倾斜角度：17° ±2°；

4、摇杆系统一套，气弹簧升降系统一套，配有抬升脚踏 2 个、泄压脚踏 2 个，使背部升降、整床升降和整床前后倾斜操作更省力，使用更轻松；

★5、整床 X 光拍片：床板采用 X-ray 无损透射材料，无需移动即可轻松实现拍片，适用于多种主流 DR 扫描设备；

6、整车可冲洗，干净卫生，消毒灭菌。

7、欧式加长防护护栏采用全新纯正原材料一次吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；下隐藏式护栏，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别有利于转移病人护理操作；

8、进口八寸中控单轮，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，无需加油护理，永不生锈；前后、左右刹车脚踏 4 个，一脚制动，四轮刹车，稳固可靠；

9、车体配 5 寸定向第五轮一套，移动时灵活掌控进退方向，操作轻松自如；

10、腿部升降采用“双向到位无极限保护”螺杆，实现到位保护，延长使用寿命；

11、摇手采用纯正 ABS 工程塑料含件注塑成型，内置钢芯，摇手开关为专业耐磨材料，经久耐磨不折断；摇手柄椭圆形防滑设计，加长加粗用材，采用两级到位开合设计，避免一次性回位的夹手和用力不当存在的安全隐患；

12、金属表面处理采用双重涂层处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命；

★13、配置氧气瓶座 1 个，氧气瓶 1 个，折叠式扶手 2 个，门型扶手 1 个，折叠式输液架 2 个。

## 5、儿童立式体重称（带身高测量）

- 1、无接触式原装超声波探测器测身高，电子精密压敏传感器测体重；
- 2、红色数码管显示醒目；语音提示，测量值播报；
- 3、待机时显示日期、时间和温度
- 4、测量范围：身高：600-2000mm，体重：1-300kg
- 5、精确度：身高：0.5 cm 重量：0.1kg

## 6、儿童卧式体重秤（带身长测量）

- 1、手动调节滑动杆测量身长，电子精密压敏传感器测体重；
- 2、数码显示；待机时显示日期、时间和室内温度；
- 3、快速热敏打印。
- 4、为被测者提供通用的体质参数；
- 5、与电脑实现无线连接传输数据
- 6、测量范围：身高：30cm-110cm 体重：1~20kg
- 7、精确度：身高：0.05cm，重量：10g

★8、放置设备的台面或桌子

## 7、无影灯

- 1、性能要求：适用产科孕妇检查和顺产接生
  - 1.1 采用进口的 LED 冷光源作为手术照明。
  - 1.2 LED 无影灯为纯直流供电，无频闪。
  - 1.3 LED 无影灯平均寿命长(50000h)。
  - 1.4 采用数字方式调节灯光照度。
  - 1.5 独特的弹簧臂设计，升降轻便自如。
  - 1.6 直流照明。
- 2、技术规格：
  - ★2.1 照度 lux：  $\geq 40000$
  - ★2.2 色温 k：  $6700 \geq T_c \geq 3000$

- 2.3 输入功率 VA:  $30 \pm 10\%$
- 2.4 显色指数:  $100 \geq Ra \geq 85$
- 2.5 左右倾:  $180^\circ$
- 2.6 前后倾:  $180^\circ$
- 2.7 弹簧臂升降范围:  $\geq 500\text{mm}$

## 8、妇检床

### 1、性能要求:

- ★1.1 底座及立柱罩壳均采用优质 304 不锈钢材料制作, 耐腐蚀、易清洗。
  - 1.2 台面优质冷板静电喷塑, 附件为抛光镀铬。
  - 1.3 床垫采用高密度记忆海绵泡一次成型, 无缝隙。
  - 1.4 用于产妇分娩, 妇产科手术, 人流手术及妇科检查等。
  - 1.5 该床由主床和副床连为一体, 辅助台可外折, 可拆卸。
  - 1.6 配有隐藏式不锈钢污物盆及其他附件, 脚踏液压升降,
- ★1.7 进口 Y 型密封圈, 经久耐用。
  - 1.8 备有刹车装置, 方便产床移位。其它动作为手摇机械传动。

### 2、技术规格:

- 2.1 长  $1950\text{mm} \pm 100 \text{ mm}$
  - 2.2 宽  $600\text{mm} \pm 100 \text{ mm}$
  - 2.3 台面最低及最高  $(700-900) \pm 50\text{mm}$
  - 2.4 前倾  $\geq 10^\circ$  、后倾  $\geq 18^\circ$
  - 2.5 背板上折  $\geq 60^\circ$  、背板下折  $\geq 5^\circ$
  - 2.6 腿板外折  $\geq 90^\circ$
  - 2.7 辅助台  $600 \times 600 \pm 50\text{mm}$
- ★3、配置移动式输液架 2 个
  - ★4、配置皮革床垫 2 张

## 9、体位支撑架和体位垫

### 1、技术参数

1.1 用途：符合临床需要，能为手术患者提供良好、舒适、稳定的体位固定，最大限度暴露手术视野，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经的损伤。

1.2 材质成分：聚氨酯软凝胶弹性体外面包裹高强度塑胶薄膜，凝胶高分子材料，结合处防水防渗漏，确保没有污渍进入体位垫内，表面易清洁，易擦拭，可用酒精或者清水或无腐蚀性消毒液消毒清洁，且具有良好的组织相容性。

1.3 材质密度：材质密度与人体健康皮肤软组织等效。对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。

1.4 舒适性：材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够有效支撑与固定人体体位。均匀分散病人体重，减少压力。

1.5 阻燃性：本身应不支持燃烧，并具有良好的阻燃性。透 X 射线：X 射线可以穿透防护用垫，透射线率 $\geq 90\%$ ，不影响 X 线设备的床旁操作；绝缘不导电，能有效防止意外的电损伤。有良好的耐候性，耐候温度从 $-40^{\circ}\text{C}$ 至 $135^{\circ}\text{C}$ ，使用的湿度条件为： $0\% - 100\%$ ，温度条件为： $5^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ 产品材料性能稳定。

★1.6 与人体组织具有良好的生物相容性，不会产生毒性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。不含硅胶，乳胶和塑化剂，不易致敏。

1.7 清洗消毒方便，可用水、消毒湿巾或 $\leq 75\%$ 酒精消毒。

★1.8 配置体位垫规格如下（数量单位：个、规格单位：厘米）：

4 个肩垫（ $20 \times 14 \times 2$ ） $\pm 10\%$ ；

1 个 C 型头圈（ $20 \times 7.5 \times 4.5$ ） $\pm 10\%$ 、1 个圆形头圈（ $20 \times 7.5 \times 4.5$ ） $\pm 10\%$ ；

2 个手臂平衡垫（ $50 \times 13 \times 6$ ） $\pm 10\%$ ；1 个臀垫（ $40 \times 30 \times 2$ ） $\pm 10\%$ ；

6 个通用方垫（ $40 \times 25 \times 2$ ） $\pm 10\%$ ；2 个足跟垫（ $20 \times 10 \times 8$ ） $\pm 10\%$ ；

1 个半圆型垫（ $15 \times 50 \times 35$ ） $\pm 10\%$ ；1 个侧卧位垫（ $72 \times 50 \times 15$ ） $\pm 10\%$ ；

1 个手术台垫（ $70 \times 50 \times 1.5$ ） $\pm 10\%$ ；胸腔体位垫（ $36 \times 23 \times 3.8$ ） $\pm 10\%$ ；

1 个髌关节固定带（ $216 \times (6-18)$ ） $\pm 10\%$ 。

★1.9 配置侧卧位体位架：手臂支撑 1 个，身体前后支撑 2 个，含固定器 8 个

## 10、生物监测快速阅读器

★1、用途：适用于 0.5 小时压力蒸汽灭菌生物指示剂和 0.5 小时过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂培养结果的判定。

2、原理：利用嗜热脂肪杆菌芽孢在恢复培养及繁殖过程中，细菌中的酶与恢复培养基中特定成分荧光底物产生化学反应，反应生成物可在紫外线照射下产生荧光；利用生物阅读器中的光敏接收传感器进行荧光检测，根据检测到的荧光强度，实现快速判断特定代谢物的浓度，从而得知生物指示剂中嗜热脂肪杆菌芽孢的存活情况。

3、培养温度： $58 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“+”为阳性结果；显示“-”为阴性结果。

★4、培养时间： $\leq 30\text{min}$ ，阳性报警最快 5min，30min 确定阴性。

★5、培养孔数： $\geq 10$  个，可同时培养 10 支生物指示剂。

★6、屏幕尺寸： $\geq 7$  英寸。

★7、屏幕分辨率： $800 \times 480\text{TFT}$ ，256 万色

★8、打印功能：配置外置打印机，培养结果自动/手动打印

★9、自动保存记录：可自动存储培养记录 10000 条，存储内存不足时报警提示，也可上传电脑保存。

★10、配置要求：极速生物阅读器主机 1 台、电源适配器 1 个、电源插板 1 个、配套打印机 1 台。

## 11、输血输液加温仪

1、设备用途：用于加压、加温快速输血输液。

★2、设备功能：一台主机具有加温功能、加压功能、气泡检测功能，非多种设备/手动加压袋拼凑。

3、必须提供厂家产品系列中的高端机型，具有随时可升级更多功能接口。

4、主机屏幕运行信息可显示：加压压力数值、加压实时数值信息、温度设置数值、温度实时数值信息。

5、主机屏幕报警信息可显示：气泡检测报警信息、加压袋过压报警信息、过温报警信息

- ★6、加压模块与主机相连，加压范围 0-300mmHg 可根据用户需求在主机面板上任意调节，为了精准控制流速调节步长 $\leq 5\text{mmHg}$ 。
- 7、为了输注液体量的准确性、安全性，压力误差 $\leq \pm 3\text{mmHg}$ 。
- 8、加温管的稳定输出温度范围为  $33^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$  可根据用户需求任意调节，从红细胞到冲洗液都可加温。
- 9、设备配置有输注管断流检测功能，提高输液安全性。
- 10、当输注管路出现气泡断流现象后，设备发出声光报警，且设备停止运行，加压功能紧急结束、加温功能紧急停止。
- 11、额定输入功率： $\leq 200\text{VA}$ 。
- 12、配置要求：主机一台+气泡检测装置一套+加温管一根+加压装置一套

## 12、病员加温系统

- 1、组成：由恒温器、加温垫、体温传感器等组成；
- ★2、垫子加热方式：直流安全电压电加热；
- ★3、温度控制范围：为  $33^{\circ}\text{C} \sim 39^{\circ}\text{C}$ ，调节精度  $0.1^{\circ}\text{C}$ ；
- 4、恒温器具有体温传感器通道 1 个，加温通道 1 个；
- 5、过高温度报警： $41.5^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；
- 6、工作模式：具有自动加温、手动加温模式；
- 7、安全保护功能：独立安全防护功能，确保不会对病人造成伤害；
- ★8、垫子可透过 X 光，配置通用垫 1 个、妇科专用垫 1 个，可重复使用；
- 9、垫子：加热后不产生有毒物质，表面柔软，整体有弹性、质感，不使用时可卷曲存放；
- 10、垫子具有防水排气功能；
- 11、垫子部分防水等级： $\geq \text{IPX7}$ ；
- ★12、设备工作噪音 $\leq 60\text{dB}$ ；
- 13、恒温器至少具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警、声光报警功能等；
- ★14、恒温器具有多种固定装置，可进行不同方式安装固定；
- 15、体温传感器可连接主机，并通过主机实时显示病人体温；

- 16、采用医用体温探头，测量病人体温快，便于使用；
- 17、内置体温监测传感器，实现精确控温，监测传感器数量 $\geq 5$  个。

#### 四、★商务要求

##### 货物验收标准、质保及培训：

1、所供货物按招标要求核对验收，★参数须需提供相应证明资料。计量类设备需有国家计量资质部门出具的检测报告，没有检测合格结果的货物不予验收。因缺乏配套设施和软件，设备无法正常开展工作的，中标方应无条件免费补全方可验收合格。

2、所供货物出厂日期不得早于本合同签订之日起 180 日之前，如早于该期限的，不予验收。

3、每台设备配置过塑的设备操作流程和注意事项及设备标识牌。

4、中标方需提供所供设备的电子版操作及维护说明书、操作培训视频（操作培训文件）。

5、合同签订后 30 天内到货。免费提供医务人员培训。

6、以上所有设备必须完全响应或优于采购文件所列内容。

**注意：**产品须附但不限于产品外观详情图片，详细的技术参数介绍页、使用说明书、检测报告、配件说明等材料。

## 第四章 评标办法（最低评标价法）

### 1. 评标办法前附表

条款号		评审标准
2.2.1	资格性审查	是否提供有效的三证合一的营业执照
		投标产品属于医疗器械的。若投标人为货物制造商，使用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若投标人为代理商所投产品属于第二类医疗器械的的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的的须具有《医疗器械经营许可证》；所投产品需提供有效的医疗器械注册证
		是否提供 2023 年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的提供注册时间至文件递交截止日前供应商内部财务报表（至少包含资产负债表）
		是否提供近三个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人或委托人的社保明细）
		是否提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及受托人身份证
		是否提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
		是否提供中小企业声明函
		2.2.2
响应文件内容符合竞争性谈判文件要求		
响应文件有效期符合竞争性谈判文件要求		
合同履行期限符合竞争性谈判文件要求		
响应文件报价符合竞争性谈判文件要求		
其他不符合竞争性谈判文件的实质性要求		

### 一、评标办法

采用的评标方式:最低评标价法

## 二、评标方法及程序:

(一) 代理公司: 新疆华玖睿项目管理有限公司

(二) 谈判小组组成: 有关专家 3 人

(三) 监督机构:

(四) 谈判步骤:

1. 第一轮审查投标供应商的响应文件, 响应文件报价为供应商第一次报价。

2. 第二轮投标供应商提供的技术参数满足竞争性谈判文件要求的技术参数, 该供应商进行第二次报价。

3. 第三轮为供应商最终承诺报价。





## 目录

- 一、报价函及投标报价表
- 二、法定代表人身份证明
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、供应商基本情况
- 五、技术参数、规格条款偏离表
- 六、商务条款偏离表
- 七、供货组织及实施方案
- 八、售后服务承诺
- 九、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十、政府采购诚信承诺书
- 十一、声明函

# 一、报价函及投标报价表

## (一) 报价函

\_\_\_\_\_ (采购人名称)：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称) (项目编号) 竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币 (大写) \_\_\_\_\_ 元 (¥ \_\_\_\_\_) 的投标总报价，按合同约定实施并完成货物、运输、安装、培训及相关服务。

2. 如我方成交：

(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照竞争性谈判文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

3. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. \_\_\_\_\_ (其他补充说明)。

供应商名称：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (二) 投标报价表

项目编号：

项目名称	投标报价 (元)	合同履行期限	备注
	小写： 大写：		

注：1. 此表应按“投标人须知”的规定，按文件提供的范围填报投标报价表。

2. 投标报价表中投标报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### (三) 报价明细表

项目编号：

序号	产品名称	品牌、规格型号	单价	数量	总价	备注 (产地)	可附 图片
总计							

(此表可延长)

- 注：** 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。  
2. 货物详细技术性能应另页描述。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：

年 龄：\_\_\_\_\_ 职务：

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件正面

附法人身份证复印件反面

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、法定代表人授权委托书

\_\_\_\_\_ (采购人名称):

本人\_\_\_\_\_ (居民身份证编号: \_\_\_\_\_) 系\_\_\_\_\_ (公司名称) 的法定代表人, 兹委托\_\_\_\_\_ (居民身份证编号: \_\_\_\_\_) 为我单位的委托代理人, 代表我单位就\_\_\_\_\_ (项目名称) (项目编号) 签署响应文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务, 其签名真迹如本授权委托书末尾所示, 特此证明。

委托期限:

附法人身份证复印件正面

附法人身份证复印件反面

附委托人身份证复印件正面

附委托人身份证复印件反面

供应商名称: \_\_\_\_\_ (名称)  
(盖单位章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签名)

委托代理人: \_\_\_\_\_ (签名)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间						
企业资质等级			企业人员			
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账 号						
经营范围						
备 注						

**注：**本表后应附企业法人营业执照等资格审查所需相关材料的复印件。（供应商可根据本表自行编制）

## 五、技术参数、规格偏离表

序号	竞争性谈判文件要求技术参数、规格	响应文件技术参数、规格	偏离/不偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
.....				

**注：**1、应与文件要求逐条对应填写，供应商应据实填写技术参数及规格，否则视为不响应。

2、本表如填写不完，可以续页。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 六、商务条款偏离表

序号	竞争性谈判文件的 商务条款	响应文件的 商务条款	偏离/不偏离	说明
1				
2				
3				
.....				

**注：**1、应与文件要求逐条对应，据实填写，否则视为不响应。

2、本表如填写不完，可以续页。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、供货组织及实施方案

(格式自拟)

## 八、售后服务承诺

(供应商自行承诺，格式自拟)

承诺单位：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 九、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加\_\_\_\_\_（项目名称）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明！

注：“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

承诺单位：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十、政府采购诚信承诺书

\_\_\_\_\_(采购人)\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_(采购代理机构)\_\_\_\_\_:

我公司\_\_\_\_\_ (供应商名称) 已详细阅读了\_\_\_\_\_项目 (项目编号: \_\_\_\_\_) 采购文件, 自愿参加本次报价, 现就有关事项做出郑重承诺如下:

一、诚信报价, 材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效, 保证不出借或者借用其他企业资质, 不以他人名义报价, 不弄虚作假;

二、遵纪守法, 公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格, 不排挤其他供应商, 不损害采购人的合法权益; 不向谈判小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后, 将按照规定及时与采购人签订政府采购合同, 不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议; 严格履行政府采购合同, 不降低合同约定的产品质量和服务, 不得擅自变更、中止、终止合同, 或者拒绝履行合同义务;

若有违反以上承诺内容的行为, 我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚; 如已中标的, 自动放弃中标资格, 并承担全部法律责任; 给采购人造成损失的, 依法承担赔偿责任。

供应商名称(盖公章):

法定代表人(签字):

年 月 日

## 十一、声明函

### (一) 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**说明：**1、供应商参加政府采购时，提供虚假中小企业申明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

采购文件中明确的所属行业：工业。

(二) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**说明：**填写本声明函时应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

### (三) 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

**说明：**填写本声明函时应仔细阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），供应商不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

## 第六章 政府采购合同（草案）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX 年 XXX 月 XXX 日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及 XXX 采购项目（项目编号：XXX）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

### 一、 合同货物

货物品名	规格 型号	单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	随 机 配 件	交 货 期	资金来源 (元)			
								预 算 内	预 算 外	自 筹	其 他

### 二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX 元，即 RMB¥XXX 元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1. 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2. 货物必须符合或优于国家（行业）XXX 标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3. 乙方须在本合同签订之日起 XXX 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。
4. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
5. 货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

#### 四、交货及验收

1. 乙方交货期限为合同签订生效后的 XXX 日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在 XXX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 XXX 日内初步验收。初步验收合格后，进入 XXX 天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后 XXX 日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装调试完毕后 XXX 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 如货物经乙方 XXX 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6. 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

## 五、付款方式

1. 甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之 XXX 计算款额¥XXX 元，人民币大写：XXX 元整）后的 XXX 日内支付合同金额百分之 XXX 的价款。

2. 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 XXX 日内，提交支付凭证资料给 XXX 财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之 XXX 款项：¥XXX 元，人民币大写 XXX 元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4. 履约保证金：在货物验收合格满 XXX 后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的 XXX 日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥XXX 元，人民币大写：XXX 元整。

## 六、售后服务

1. 质保期为验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 XXX 小时内响应到场，XXX 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方 XXX 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方

亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

### 1. 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 XXX 的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 XXX/天的违约金；逾期付款超过 XXX 天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

### 2. 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 XXX 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 XXX/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 XXX 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 XXX 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 XXX 的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 XXX 向甲方支付违约金。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间, 若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同双方应加盖骑缝章。

3. 本合同一式四份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖单位公章）

乙方：（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人（授权代表）：

法定代表人/单位负责人（授权代表）：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：

电话：

传真：

传真：

签约日期：XX年XX月XX日

签约日期：XX年XX月XX日